

SỞ Y TẾ
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
BỆNH VIỆN RĂNG HÀM MẶT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 662 /BVRHM-TTB

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 9 năm 2024

YÊU CẦU BÁO GIÁ

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam

Bệnh viện Răng Hàm Mặt có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu: “Mua sắm thiết bị kiểm soát nhiễm khuẩn năm 2024” với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

- Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Răng Hàm Mặt.
- Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:
 - Phòng Vật tư, thiết bị y tế: DS. Lê Quốc Trung
 - Số điện thoại: 0902.450.411
 - Email: vatturhm@gmail.com
- Cách thức tiếp nhận báo giá: Gồm bảng chính và file mềm.
 - *Nhận trực tiếp tại địa chỉ:* Phòng Vật tư, thiết bị y tế; Bệnh viện Răng Hàm Mặt; 263-265 Trần Hưng Đạo, phường Cô Giang, Quận 1, TPHCM.
 - *Nhận qua email:* vatturhm@gmail.com
- Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ ngày 12 tháng 9 năm 2024 đến trước 16:00 ngày 23 tháng 9 năm 2024.

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.
- Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày, kể từ ngày 23 tháng 9 năm 2024.
- Nhà thầu có thể chào 1 sản phẩm hoặc toàn bộ tùy vào năng lực.

II. Nội dung yêu cầu báo giá:

- Danh mục thiết bị kiểm soát nhiễm khuẩn: **Đính kèm danh mục (phụ lục 1)**
- Mẫu bảng báo giá: **Đính kèm theo mẫu (phụ lục 2)**
- Địa điểm cung cấp, lắp đặt; các yêu cầu về vận chuyển, cung cấp, lắp đặt, bảo quản thiết bị y tế tại Bệnh viện Răng Hàm Mặt, 263-265 Trần Hưng Đạo, phường Cô Giang, Quận 1, TPHCM.
- Thời gian giao hàng dự kiến: 90 ngày.
- Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng: 120 ngày.
- Các thông tin khác.

(Đính kèm theo Bảng mô tả các tính năng, yêu cầu kỹ thuật cơ bản của các thiết

bị kiểm soát nhiễm khuẩn; các yêu cầu về địa điểm cung cấp, lắp đặt; các yêu cầu về vận chuyển, cung cấp, lắp đặt, bảo quản thiết bị y tế; thời gian giao hàng dự kiến và các thông tin liên quan khác). *Minh*

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, TTB.

GIÁM ĐỐC



ThS. BSCKII. Nguyễn Đức Minh



SỞ Y TẾ
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
BỆNH VIỆN RĂNG HÀM MẶT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

DANH MỤC HÀNG HÓA (PHỤ LỤC 1)

(Đính kèm Công văn số: 662 /BVRHM-TTB ngày 12 tháng 9 năm 2024)

S T T	Danh mục	Mô tả yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan về kỹ thuật	Số lượng	Đơn vị tính
1	Máy hấp tiệt trùng 2 cửa (Dung tích: ≥ 500 lít)	<p>Cấu hình cung cấp tối thiểu:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Máy chính: 01 cái - Máy in tích hợp: 01 cái - Giá tải đồ vào khoang hấp: 01 cái - Xe đẩy vận chuyển đồng bộ với giá hấp: 02 cái - Máy nén khí: 01 cái - Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh + tiếng Việt: 01 bộ <p>Yêu cầu thông số kỹ thuật:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dùng để hấp tiệt trùng các vật ở nhiệt độ từ 121°C - 134°C. - Máy kiểu đứng, có hai cửa đóng mở tự động kiểu trượt thẳng đứng bằng cơ chế thủy lực khí nén - Kích thước máy (CxRxS): $\geq 1900 \times 995 \times 1620$ mm <p>a. Khoang hấp (Buồng máy tiệt trùng):</p> <ul style="list-style-type: none"> + Dung tích ≥ 500 lít + Vật liệu: Thép không gỉ 316 L hoặc tương đương + Chịu áp suất cao ≥ 3.2 bar + Có lớp cách nhiệt <p>b. Cửa buồng:</p> <ul style="list-style-type: none"> + 02 cửa, trượt đứng tự động + Vật liệu: Thép không gỉ 316L hoặc tương đương <p>c. Bộ tạo hơi (Nồi hơi): tích hợp</p> <ul style="list-style-type: none"> + Vật liệu: Thép không gỉ 316 L hoặc tương đương + Công suất: ≥ 35 kW + Có hệ thống kiểm soát mực nước tối thiểu <p>d. Bơm chân không:</p> <ul style="list-style-type: none"> + Công suất: ≥ 1.5 kW + Bơm chân không sau chu trình hấp: sấy khô đồ hấp <p>e. Giá tải đồ hấp vào khoang hấp:</p> <ul style="list-style-type: none"> + Vật liệu: Thép không gỉ 316L hoặc tương đương + Có 04 bánh xe chịu nhiệt và chống ăn mòn <p>f. Xe đẩy giá đựng đồ hấp:</p> <ul style="list-style-type: none"> + Vật liệu: Thép không gỉ hoặc tương đương + Có bánh xe và khóa bánh xe <p>g. Hệ thống điều khiển:</p>	01	Cái



S T T	Danh mục	Mô tả yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan về kỹ thuật	Số lượng	Đơn vị tính
		<ul style="list-style-type: none"> + Hệ thống điều khiển vi xử lý, tự động + Bảng điều khiển 02 cửa: Màn hình cảm ứng hoặc LCD kết hợp bàn phím, ≥ 5 inch + Màn hình thiết bị có thể hiển thị các thông tin như: Nhiệt độ; Áp lực khoang tiệt trùng; Áp lực vỏ; Trạng thái: chờ, sẵn sàng, kết thúc chương trình. + Có máy in (tích hợp): in các thông số trong quá trình hấp tiệt trùng ra giấy in <p>h. Các đặc tính an toàn:</p> <ul style="list-style-type: none"> + Van khí an toàn ngăn không cho mở cửa buồng cho tới khi áp suất bên trong buồng hấp cân bằng với áp suất bên ngoài + chế độ ngăn việc mở cửa trong khi chương trình đang chạy + Có công tắc khẩn cấp để dừng ngay chu trình hấp + Có hệ thống báo động an toàn, báo lỗi bằng hình ảnh, khi chu trình hấp có lỗi và máy sẽ tự động dừng một cách an toàn <p>i. Các chương trình vận hành:</p> <ul style="list-style-type: none"> + Nhiệt độ tiệt trùng: 121°C và 134°C + Có ≥ 06 chu trình tiệt trùng tự động cài đặt sẵn + Có ≥ 02 chu trình kiểm tra 		
2	Máy rửa và tra dầu tay khoan	<p>Cấu hình cung cấp tối thiểu:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Máy chính: 01 cái - Dây cáp điện: 01 cái - Ống khí: 01 cái - Đầu tra ngàm tay nhanh: 01 cái - Bộ kết nối tra dầu tay chậm: 01 bộ - Thanh USB chứa sách hướng dẫn sử dụng: 01 bộ <p>Yêu cầu thông số kỹ thuật:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kích thước: $\geq 340 \times 400 \times 370$ mm (L x H x D) - Trọng lượng: ≥ 12.5 kg - Dung tích bình dầu bôi trơn: 200 ml đến 500 ml - Lưu lượng tiêu hao áp suất hơi tối đa: ≤ 40 NI/phút - Kết nối khí nén: 6 x 4 - Công suất tiêu thụ tối đa: ≥ 30 W - Áp suất khí nén: 4 -6 bar - Làm sạch và bôi trơn cùng lúc cho 04 tay khoan nhanh chóng, chỉ trong vòng ≤ 55s - Các khớp nối có thể xoay ≥ 45 độ, giúp việc đặt và tháo dụng cụ dễ dàng hơn 	05	Cái



BÁO GIÁ

Kính gửi: **Bệnh viện Răng Hàm Mặt Thành phố Hồ Chí Minh**

Trên cơ sở yêu cầu báo giá của Bệnh viện Răng Hàm Mặt Thành phố Hồ Chí Minh, chúng tôi... [ghi tên, địa chỉ của hãng sản xuất, nhà cung cấp; trường hợp nhiều hãng sản xuất, nhà cung cấp cùng tham gia trong một báo giá (gọi chung là liên danh) thì ghi rõ tên, địa chỉ của các thành viên liên danh] báo giá cho các thiết bị y tế như sau:

1. Báo giá cho các thiết bị y tế và dịch vụ liên quan

STT	Danh mục thiết bị y tế	Ký, mã, nhãn hiệu, model, hãng sản xuất	Mã HS	Năm sản xuất	Xuất xứ	Số lượng/ khối lượng	Đơn giá (VND)	Chi phí cho các dịch vụ liên quan (VND)	Thuế, phí, lệ phí (nếu có) (VND)	Thành tiền (VND)
1	Thiết bị A									
2	Thiết bị B									
n	...									

(Gửi kèm theo các tài liệu chứng minh về tính năng, thông số kỹ thuật và các tài liệu liên quan của thiết bị y tế)

(Gửi kèm File Excel sản phẩm vào mail: vatturhm@gmail.com)

2. Báo giá này có hiệu lực trong vòng: ngày, kể từ ngày ... tháng ... năm ... [ghi cụ thể số ngày nhưng không nhỏ hơn 90 ngày], kể từ ngày ... tháng... năm ... [ghi ngàytháng...năm... kết thúc nhận báo giá phù hợp với thông tin tại khoản 4 Mục I - Yêu cầu báo giá].

3. Chúng tôi cam kết:

– Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.

– Chịu trách nhiệm cung cấp thông tin về giá của hàng hóa, dịch vụ phù hợp với khả năng cung cấp của mình và phải bảo đảm việc cung cấp báo giá không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá hoặc nâng khống giá.

– Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực.

....., ngày.... tháng....năm....

Đại diện hợp pháp của hãng sản xuất, nhà cung cấp

(Ký tên, đóng dấu (nếu có))